

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do formowania znormalizowanych arkusików papieru  
Znak (numer referencyjny): **ZP/WTiCh/KFN/771/2019/P**

**Załącznik nr 2 SIWZ**

## **OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Aparat do formowania znormalizowanych arkusików papieru**

#### **Wymagane parametry techniczne aparatu:**

1. Możliwość formowania arkuszy o średnicy 200 mm (315 cm<sup>2</sup>).
2. Cykl pracy: automatyczny i półautomatyczny.
3. Kolumna formująca wykonana ze stali kwasoodpornej z możliwością rozbudowy o opcję wody podsitowej zimnej i ciepłej.
4. Pierścień nalewający z rzędem otworów.
5. Minimum dwie suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej z wbudowanymi czujnikami poziomu wody gorącej.
6. System grzewczy z pompą wymuszającą obieg gorącej wody
7. Temperatura suszenia: min. 90 °C, maks. 97 °C z dokładnością 0,1 °C z dodatkowym zabezpieczeniem przed wrzeniem wody.
8. Zasilanie: 230 V lub 400 V.
9. Aparat wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 5269-2 lub równoważny (zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w odniesieniu do wymogów określonych przez ww. normę).