

Szczecin, dnia 24.11.2021 r.

Znak sprawy: **ZP/WBiŚ/564/2021**

Dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę termowagi wraz z wyposażeniem*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 24.11.2021 R.

Sekcja I. Odpowiedz na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej zwana „ustawą PZP”) Wykonawca w dniu 19.11.2021r . wniósł Zamawiającemu zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ). Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i jednocześnie udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawców:

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania zbliżone lub korzystniejsze – i zmianę załącznika nr 2 SWZ Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy p. I Parametry pracy termowagi (pieca) wg poniższych zapisów:
*p.3. Masa próbki – 1000 mg **lub 200 mg z zakresem pomiarowym +/-200 mg***
*p. 5. **Możliwość pracy w próżni do 50 μ Torr lub z szybkim systemem wymiany gazów –efektywny przedmuch komory pieca zapewniający poziom gazów resztkowych rzędu 5ppm – (parametry korzystniejsze od próżni 10-2 mbar)***

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w części I pkt. 3. Załącznika nr 2 do SWZ. Zamawiającemu zależy na możliwości pomiaru dużych ilości wagowych materiałów.

Jednorazowa analiza dużej ilości próbki jest niezbędną z uwagi na charakter badanych materiałów: drobne kruszywa, kompozyty cementowe, cementowo-polimerowe, polimerowe oraz dodatki jakie będą wykorzystane (materiały na bazie polimerów lub metali ciężkich) do otrzymania tych kompozytów. Z tego powodu Zamawiającemu zależy na analizie jak największej ilości próbki za jednym razem.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w części I pkt. 5. Załącznika nr 2 do SWZ. Zamawiającemu zależy na możliwości pomiaru zachowania materiału w próżni (w atmosferze o obniżonym ciśnieniu), które może być całkowite różne od zachowania w gazie obojętnym. Według cz. II punkt 5, aparat ma zapewnić możliwość pracy urządzenia w gazie obojętnym - Azot.

Sekcja II. Modyfikacje SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu oraz terminu związania ofertą

Mając na uwadze, iż wyjaśnienia dokonane niniejszym pismem mogą wymagać dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na **dzień 29 listopada 2021 r. do godz. 12.00**. Tym samym nowy termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 29 listopada 2021 r. o godz. 13.00.

Wydłużając (jak wyżej) termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonuje również zmiany terminu (okresu) związania ofertą, tak, iż aktualny okres minimum, przez który Wykonawcy będą związani złożoną przez siebie ofertą jest nie krótszy niż okres do dnia **28 grudnia 2021 r.** (włącznie z tym dniem). Powyższe stanowi modyfikację terminu (okresu) związania ofertą w stosunku do dotychczas wskazanego w dziale XVI ust. 1 SWZ.